

## Pokyn ke zpracování přílohy č. 2 žádosti / návrhu pro kalibrační laboratoře

### SPECIFIKACE PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČINNOSTI KALIBRAČNÍ LABORATOŘE

V položce „Slovní návrh rozsahu akreditace“ je třeba uvést navrhovaný rozsah akreditace ve formě „Kalibrace v oboru ...“. Vyjmenují se požadované obory veličin, resp. konkrétní veličiny tak, jak jsou uvedeny v záhlaví CMC tabulek v příloze 3 (v souladu s návodem k vyplnění přílohy 3). V této formě bude informace uvedena na osvědčení o akreditaci a bude zveřejňována v databázi subjektů akreditovaných ČIA. Rozsah tohoto textu nesmí překročit 300 znaků včetně mezer.

### ČÁST 1 – ÚDAJE O KALIBRAČNÍ LABORATOŘI

**Název laboratoře** – název, který je v souladu s interní dokumentací a ostatními dokumenty systému managementu žadatele. Netýká se subjektu posuzování shody, ale objektu akreditace (laboratoře), v případě, kdy je subjekt zároveň objektem (tedy právní subjekt nemá jinou oblast činnosti než je laboratorní činnost (kalibrace) ve smyslu normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018), je možné (ale nikoli nutné) jako název objektu použít název subjektu, vždy ale bez uvedení právní formy (subjekt – Firma s.r.o.; objekt – Firma), přičemž název objektu (laboratoře) musí vždy odpovídat zejména organizačnímu členění subjektu posuzování shody.

**Adresa laboratoře** – přesná adresa laboratoře (objektu akreditace), nikoli subjektu (míní se sídlo laboratoře, příp. adresa té části laboratoře, kde pracuje vedoucí laboratoře) v členění ulice s číslem orientačním (popř. číslo popisné), obec (popř. další bližší specifikace části obce) a poštovní směrovací číslo.

**Počet pracovišť** – uvede se počet pracovišť laboratoře, které budou uvedeny na příloze osvědčení o akreditaci (i pokud pracoviště laboratorní činnost – kalibrace nevykonává). Pracovištěm je myšlena část kalibrační laboratoře, kde jsou prováděny činnosti dotčené normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

**Internetová adresa (web)** – odkaz na webové stránky laboratoře, které laboratoř využívá pro informování svých zákazníků.

### SEZNAM A OBSAZENÍ KLÍČOVÝCH FUNKCÍ

Uvedou se jména pracovníků, kteří zastávají pozice uvedené v tabulce a jejich kontaktní údaje (telefon, email). V případě potřeby je možné doplnit další řádky tabulky.

### CELKOVÝ POČET OSOB PRACUJÍCÍCH V KALIBRAČNÍ LABORATOŘI

Celkový počet osob pracujících v laboratoři na plný nebo částečný úvazek nebo jinou smluvní formou (smlouva o poskytnutí odborné pomoci, dohoda o provedení práce), které se podílejí na zabezpečování plnění kritérií a závazků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 v oblasti systému managementu a odborné činnosti (je třeba brát ohled na rozsah akreditace, který nemusí být totožný s rozsahem celkové činnosti laboratoře). Do celkového počtu osob se započítávají všechny tyto osoby, tedy kromě pracovníků realizujících kalibrační činnost též např. manažer kvality, metrolog, interní auditor apod.

### INTERNÍ KALIBRACE

Interními kalibracemi se rozumějí kalibrace mimo rozsah akreditace, které laboratoř používá výhradně pro vlastní potřebu.

## ZMĚNY VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJÍCÍ ČINNOST A PROVOZ

Vyplňují pouze již akreditované kalibrační laboratoře.

Označí se všechny možné oblasti změn, k nimž došlo od posledního posuzování. Změny se blíže specifikují níže (případně lze změny uvést jinou formou a zde místo popisu uvést odkaz na přílohu žádosti nebo příložený dokument).

## ČÁST 2 – SEZNAM VŠECH OSOB ZAPOJENÝCH V SYSTÉMU MANAGEMENTU KALIBRAČNÍ LABORATOŘE A PŘEHLED JEJICH ČINNOSTÍ/OPRÁVNĚNÍ

Tabulka se vyplňuje pro každou jednotlivou osobu pracující v laboratoři na samostatném řádku. Ve sloupci se uvede **číslo pracoviště**, na kterém osoba působí. Ve sloupci **pozice** může být uvedeno i více pozic / označení pracovního zařazení (např. technik, manažer kvality). Ve sloupci **Oprávnění provádět kalibrace** se uvedou příslušná pořadová čísla dle přílohy č. 3 žádosti / návrhu POA nebo přílohy platného osvědčení o akreditaci. **Oprávnění ke schvalování výstupních dokumentů** a **Oprávnění formulovat stanoviska a interpretace** se v tabulce uvede formou Ano/Ne. Ve sloupci **Oprávnění provádět interní kalibrace** se uvede u příslušné osoby obor veličin, pro které interní kalibrace provádí (např. délka, elektrické veličiny).

Žadatel může dodat i vlastní seznam osob zapojených v systému managementu kalibrační laboratoře, ten musí obsahovat všechny požadované údaje. V tom případě uvede identifikaci tohoto dokumentu, který k žádosti přiloží.

## ČÁST 3 – SEZNAM KLÍČOVÝCH MĚŘICÍCH A KALIBRAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

V tabulce jsou vyplňovány údaje týkající se rozhodujících/klíčových položek měřicího zařízení, které laboratoř pro měření a kalibrace v rozsahu akreditace používá. Položky měřicího zařízení se číslují vzestupně pořadovým číslem („**Pořadové číslo**“).

**„Popis položky kalibračního a měřicího zařízení“**

Uvede se přesný název a typ položky měřicího zařízení.

**„Identifikace kalibračního postupu v případě využití interní kalibrace“**

V případě zařízení, u kterého laboratoř využívá interní kalibrace (vizte MPA 30-02., kapitola 7.2), se uvede identifikace postupu (název dokumentu), podle kterého se tato interní kalibrace provádí. Žadatel může dodat i vlastní přehled, ten musí obsahovat všechny požadované údaje. V tom případě uvede identifikaci tohoto dokumentu, který k žádosti přiloží.